



Zapytanie cenowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Data zapytania	09-03-2026
Nazwa Grantobiorcy	Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia	Pętla indukcyjna dla słabo słyszących przenośna
Planowany termin realizacji (od - do)	09-03-2026 do 31-03-2026
Termin przesłania oferty cenowej	na adres email m.damek@bcm.bielsko.pl do dnia 2026-03-13 godz. 24:00

Niniejsze zapytanie cenowe służy wyłącznie pozyskaniu informacji nt. rynkowej ceny przedmiotu zamówienia, zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie będzie prowadzić bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku woli zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający skontaktuje się z Państwem ponownie. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: **Pętla indukcyjna przenośna – 2 sztuki**

Funkcjonalność:

- Dedykowana do obsługi osób słabosłyszących na stanowiskach rejestracji szpitala i przychodni
- Przesyłanie dźwięku bezpośrednio do aparatów słuchowych i implantów ślimakowych z aktywną cewką T (tzw. T-COIL)
- Komunikacja 1:1 w warunkach podwyższonego poziomu hałasu
- Wbudowany mikrofon z charakterystyką kierunkową
- Pętla montowana w miejscu umożliwiającym łatwą obsługę i regulację parametrów (regulacja prądu pętli, wzmocnienia, tonów)
- Zaawansowane przetwarzanie dźwięku tj. co najmniej:
 - a) ARW lub AGC,
 - b) Kompresja,
 - c) bramka szumów.
- Tryb energooszczędny - do 80% oszczędności energii w stanie bezczynności
- Prosty montaż niewymagający specjalistycznej obsługi
- Zasięg pola magnetycznego od 0,8m do 1,5m
- Zgodność z normami: CE, RoHS, WEEE lub równoważnymi
- Zgodność z normą PN EN 60118-4 lub równoważną

Cechy:

- Pętla indukcyjna przenośna – urządzenie jednoelementowe



- Zasilanie:
 - bateria wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych lub litowo-polimerowych
 - zasilacz zewnętrzny- ładowarka w zestawie lub
 - zasilacz – ładowarka USB C
- Żywotność baterii po naładowaniu co najmniej do 12h
- Czas ładowania do 3h
- Możliwa praca urządzenia w czasie ładowania
- Wejście zasilania – ładowania baterii
- Wejście mikrofonowe typu jack 3,5mm
- Wyjście słuchawkowe typu jack 3,5mm
- Wskaźniki LED – zasilanie on/off, status baterii
- Znak informacyjny wyposażenia stanowiska rejestracji w pętlę indukcyjną
- Urządzenie z widocznym oznakowaniem pętli indukcyjnej
- Montaż pętli nie wymaga specjalistycznej instalacji (instalacja na podstawie załączonej dokumentacji w języku polskim tj. instrukcji obsługi oraz instrukcji instalacji)
- Pętla indukcyjna nie wymaga okresowej konserwacji i przeglądów
- Możliwość zakupu akcesoria dodatkowego – mikrofonu z wysięgnikiem,

Gwarancja jakości min 2 lata

2. Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z
Panem/-ią Mirosław Damek, e-mail: m.damek@bcm.bielsko.pl, tel. 601309495

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:
<https://www.bcm.bielsko.pl/rodo>

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego _____