



Zapytanie cenowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Data zapytania	09-03-2026
Nazwa Grantobiorcy	Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia	Pętla indukcyjna dla słabo słyszących stacjonarna
Planowany termin realizacji (od - do)	09-03-2026 do 31-03-2026
Termin przesłania oferty	na adres email m.damek@bcm.bielsko.pl do dnia 2026-03-13 godz. 24:00

Niniejsze zapytanie cenowe służy wyłącznie pozyskaniu informacji nt. rynkowej ceny przedmiotu zamówienia, zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie będzie prowadzić bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku woli zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający skontaktuje się z Państwem ponownie. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest/są **Pętla indukcyjna stacjonarna – 1 sztuka**

Funkcjonalność:

- Dedykowana do obsługi osób słabosłyszących na stanowiskach rejestracji szpitala i przychodni
- Przesyłanie dźwięku bezpośrednio do aparatów słuchowych i implantów ślimakowych z aktywną cewką T
- Komunikacja 1:1 w warunkach podwyższonego poziomu hałasu
- Mikrofon typu halo z charakterystyką kierunkową na wysięgniku
- Wzmacniacz montowany w miejscu umożliwiającym łatwą obsługę i regulację parametrów (regulacja prądu pętli, wzmocnienia tonów)
- Zaawansowane przetwarzanie dźwięku tj. co najmniej:
 - a) ARW lub AGC,
 - b) Kompresja,
 - c) bramka szumów.
 - Tryb energooszczędny - do 80% oszczędności energii w stanie bezczynności
- Prosty montaż niewymagający specjalistycznej obsługi
- Zasięg pola magnetycznego od 0,8m do 1,5m
- Zgodność z normami: CE, RoHS, WEEE lub równoważnymi
- Zgodność z normą PN EN 60118-4 lub równoważną

Cechy:

- Zasilanie:



- 230V (zintegrowany zasilacz) lub
 - zasilacz zewnętrzny w zestawie- z napięciem 12V DC lub
 - Zasilacz USB C
- Znak informacyjny wyposażenia stanowiska rejestracji w pętlę indukcyjną
- Antena pętli montowana pod biurkiem w formie maty lub przewodu pętli lub montowana na pionowych ściankach mebli z widocznym oznakowaniem pętli indukcyjnej
- Kompletny zestaw powinien zawierać: wzmacniacz, mikrofon z wysięgnikiem, pętla indukcyjna, zasilacz, odpowiednie akcesoria do montażu (np. uchwyty, akcesoria do montażu pętli, itp.)
- Montaż pętli nie wymaga specjalistycznej instalacji (instalacja na podstawie załączonej dokumentacji w języku polskim tj. instrukcji obsługi oraz instrukcji instalacji)
- Zestaw pętli indukcyjnej nie wymaga okresowej konserwacji i przeglądów

Gwarancja jakości min 2 lata

2. Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z
Panem/-ią Miroslaw Damek, e-mail: m.damek@bcm.bielsko.pl, tel. 601309495

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:
<https://www.bcm.bielsko.pl/rodo>

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego _____