



## Zapytanie cenowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

<b>Data zapytania</b>	<b>19-03-2025</b>
<b>Nazwa Grantobiorcy</b>	<b>Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o.</b>
<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Dostawa fabrycznie nowego ultrasonografu kardiologicznego</b>
<b>Planowany termin realizacji (od - do)</b>	<b>Do 30 dni od daty podpisania umowy</b>
<b>Termin przesłania oferty</b>	na adres email <a href="mailto:m.damek@bcm.bielsko.pl">m.damek@bcm.bielsko.pl</a> do dnia <a href="#">2026-03-27</a> godz. 11:00

Niniejsze zapytanie cenowe służy wyłącznie pozyskaniu informacji nt. rynkowej ceny przedmiotu zamówienia, zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie będzie prowadzić bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

USG do diagnostyki ultradźwiękowej

- system w dziedzinie echokardiografii z zastosowaniem przede wszystkim do diagnostyki kardiologicznej i naczyniowej,
- Aparat USG z aktualnie dostępną technologią w celu umożliwienia najwyższej jakości badań.
- monitor min 21”
- pomocniczy ekran dotykowy,
- tryby obrazowania tj B-mode, M-mode, Doppler Color, Doppler fali pulsacyjnej z autooptymalizacją spectrum
- Doppler fali ciągłej na głowicy sektorowej

Główce ultradźwiękowe systemu USG min. 3 szt

- technologia obrazowania 2D

Sondy:

- kardiologiczna o pasmie w przedziale min 1,5-4,5 MHz,
- liniowa; pasmo min 2,5-10,0 MHz
- convex do badań brzusznych o paśmie min 1,0-5,0 MHz.



Urządzenie powinno umożliwiać archiwizację oraz eksport danych w formacie DICOM

- licencja zgodnie z powszechnym standardem medycznym DICOM,
- integracja z istniejącym u Zamawiającego systemem PACS

Wszędzie tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych dokumentach postępowania wskazano znaki towarowe, nazwy handlowe, producentów, modele, konkretne rozwiązania technologiczne, standardy lub pochodzenie produktów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które rozumie się rozwiązania spełniające co najmniej te same wymagania funkcjonalne, techniczne, jakościowe, użytkowe oraz eksploatacyjne, jak rozwiązania wskazane w dokumentacji. Wykonawca, który oferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać w ofercie lub na wezwanie Zamawiającego, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania określone w OPZ, w szczególności poprzez przedstawienie stosownych opisów, parametrów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających równoważność. Brak użycia sformułowania „lub równoważne” przy wskazaniu konkretnego rozwiązania, producenta lub technologii nie może być interpretowany jako ograniczenie możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych. Wszelkie wskazane parametry należy traktować jako ‘minimalne’ – Wykonawca może zaoferować parametry takie same lub lepsze, o ile zagwarantują osiągnięcie takiego samego lub lepszego efektu diagnostycznego.

## 2. Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z

Panem/-ią Mirostaw Damek , e-mail: [m.damek@bcm.bielsko.pl](mailto:m.damek@bcm.bielsko.pl), tel. +48 601309495

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

**Mirostaw Damek**

-----