

Działając w imieniu Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. uprzejmie proszę o przyjęcie odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 18.12.2017 w związku z zapytaniem ofertowym nr 1/11/2017

Pytanie 1:

Dotyczy punktu 4 Zapytania Ofertowego oraz punkt 5 zał. nr 1A Parametry techniczne i eksploatacyjne:

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu gwarancji do 24 miesięcy tj. zgodnie z gwarancją udzieloną przez Producenta aparatu.

Wyjaśniamy, że wymagana gwarancja 60 m-cy jest o 36 m-cy dłuższa od gwarancji udzielonej przez producenta (24 m-ce) i w związku z tym jest gwarancją odpłatną, przez co wpłynie na podwyższenie ceny przedmiotu zamówienia. Dlatego prosimy o dopuszczenie 24 miesięcznego okresu gwarancji tj. zgodnie z okresem gwarancji udzieloną przez Producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający zdaje sobie sprawę, że wydłużenie okresu gwarancji wpłynie na podwyższenie ceny przedmiotu zamówienia lecz jest to warunek wymagany zamówienia. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2:

Dotyczy punktu 77 zał. nr 1A Parametry techniczne i eksploatacyjne:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie maksymalnego czasu reakcji na zgłoszenie wskazanego w punkcie w/w do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wydłużenie maksymalnego czasu reakcji do 2 godzin.

Pytanie 3:

Dotyczy punktu 78 zał. nr 1A Parametry techniczne i eksploatacyjne:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie podjęcia czynności serwisowych rozumiane jako przyjazd serwisu w celu rozpoczęcia naprawy serwisowej- max 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu.

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE
Spółka z o.o.
PROKURENT
Małgorzata Węś